



政府采购进口产品专家论证意见

基本情况	采购单位	丽水学院				
	拟进口的产品名称	蛋白液相分析系统	项目名称	丽水学院2026年省重点实验室及科创平台仪器设备更新项目（一期）		
	数 量	1	金额	80.00万元		
专家信息	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	
	郑遗凡	浙江工业大学	化学	教授	13858036636	
专家认证意见	蛋白液相分析系统主要用于分离分析多种活性生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子等，能满足中药材中天然产物分离纯化、活性成分定性定量分析的科研需求，是学校中药学、生物制药等学科专业教学、科研和产业化开发的关键技术支撑。目前校内无同类仪器，仪器购置非常必要。 国内同类产品泵材质、梯度准确度、软件易用性等性能方面无法达到教学科研需求，建议采购进口的蛋白液相分析系统。					
	专家签字			日期	2026年3月22日	

注：本表格中专家论证意见由专家手工填写。

政府采购进口产品专家论证意见

基本 情况	采购单位	丽水学院				
	拟进口的 产品名称	蛋白液相分析 系统	项目 名称	丽水学院2026年省重点实验室及科创平台仪器设备更新项目（一期）		
	数 量	1	金额	80.00万元		
专家 信息	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	
	何勇	浙江农林大学	园艺	教授	13958096585	
专家 认证 意见	蛋白液相分析系统主要用于分离分析多种活性生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子等，能满足中药材中天然产物分离纯化、活性成分定性定量分析的科研需求，是学校中药学、生物制药等学科专业教学、科研和产业化开发的关键技术支撑。目前校内无同类仪器，仪器购置非常必要。 国内同类产品泵材质、梯度准确度、软件易用性等性能方面无法达到教学科研需求，建议采购进口的蛋白液相分析系统。					
	专家签字			日期	2026年3月22日	

注：本表格中专家论证意见专家手工填写。

政府采购进口产品专家论证意见

基本情况	采购单位	丽水学院				
	拟进口的产品名称	蛋白液相分析系统	项目名称	丽水学院2026年省重点实验室及科创平台仪器设备更新项目（一期）		
	数 量	1	金额	80.00万元		
专家信息	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	
	李翠环	浙江农林大学	生态学	副研究员	13735462959	
专家认证意见	蛋白液相分析系统主要用于分离分析多种活性生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子等，能满足中药材中天然产物分离纯化、活性成分定性定量分析的科研需求，是学校中药学、生物制药等学科专业教学、科研和产业化开发的关键技术支撑。目前校内无同类仪器，仪器购置非常必要。 国内同类产品泵材质、梯度准确度、软件易用性等性能方面无法达到教学科研需求，建议采购进口的蛋白液相分析系统。					
	专家签字			日期	2026年3月22日	


注：本表格中专家论证意见由专家手工填写。

政府采购进口产品专家论证意见

基本情况	采购单位	丽水学院				
	拟进口的产品名称	蛋白液相分析系统	项目名称	丽水学院2026年省重点实验室及科创平台仪器设备更新项目（一期）		
	数 量	1	金额	80.00万元		
专家信息	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	
	楼巧君	浙江省农科院	农学	研究员	13671716619	
专家认证意见	蛋白液相分析系统主要用于分离分析多种活性生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子等，能满足中药材中天然产物分离纯化、活性成分定性定量分析的科研需求，是学校中药学、生物制药等学科专业教学、科研和产业化开发的关键技术支撑。目前校内无同类仪器，仪器购置非常必要。 国内同类产品泵材质、梯度准确度、软件易用性等性能方面无法达到教学科研需求，建议采购进口的蛋白液相分析系统。					
	专家签字			日期	2026年3月22日	

注：本表格中专家论证意见由专家手工填写。

政府采购进口产品专家论证意见

基本 情 况	采购单位	丽水学院			
	拟进口的 产品名称	蛋白液相 分离系统	项 目 名称	丽水学院2026年省重点实验室 及科创平台仪器设备更新项目 (一期)	
	数 量	1	金 额	80.00万元	
专家 信息	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机
	陈利莉	浙江海浩（丽 水）律师事务 所	法学	律师	15857886090
专家 认证 意见	（1）蛋白液相分析系统这台仪器设备的采购均不属于禁止进口产品，采购符合法律规定； （2）采购流程合规，专家组人数、人员构成、专业搭配符合规定，论证程序合法合规； （3）采购产品符合国内同类产品确实无法满足采购人必须得技术指标、使用功能或性能要求，符合政府采购可以采购进口产品的法定情形。综上，同意采购进口产品。				
	专家签字			日期	2026年3月22日

注：本表格中专家论证意见由专家手工填写。